

МЛПУ «Городская поликлиника №1» г. Тамбова
392000, г. Тамбов, ул Студенецкая набережная, д.22

ООО «МК «ДМС Передовые Технологии»
121165, г. Москва, ул.Киевская 20А
тел/факс: 8-499-501-34-35, 8-495-746-80-22
dms-at@mail.ru

18.10.2010

58-2-09/4216-1

Управление муниципального заказа и продаж
администрации города Тамбова
392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 21а, комн.
711, 709,
post-umz@cityadm.tambov.gov.ru

Администрация города Тамбова
392000, г. Тамбов, ул.Коммунальная, 6
post@cityadm.tambov.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба
Садовая-Кудринская, 11, Москва,
Д-242, ГСП-5, 123995
(на исх. от 06.10.2010 №АЦ/33924)

РЕШЕНИЕ

по делу о нарушении законодательства о размещении заказов №69

Резолютивная часть решения оглашена «14» октября 2010 г.
В полном объеме решение изготовлено «18» октября 2010 г.
г. Тамбов

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления
Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее –
Тамбовское УФАС России) в составе:

председатель – руководитель управления Гречишников Е.А.,

члены:

заместитель руководителя - начальник отдела антимонопольного контроля
хозяйствующих субъектов Мазаева С.В.,

врио начальника отдела контроля размещения государственного заказа и
антимонопольного контроля органов власти Мурзин К.И.,

ведущий специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного
заказа и антимонопольного контроля органов власти Чибисов А.С.,

в присутствии <...>,

рассмотрев жалобу на действия МЛПУ «Городская поликлиника №1»
г.Тамбова при проведении запроса котировок на поставку комплекса аппаратно-
программного носимого с цифровой записью одно – двух – трёхсуточного
мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру),

УСТАНОВИЛА:

В Тамбовское УФАС России из Федеральной антимонопольной службы по
подведомственности передана жалоба (вх. от 07.10.2010 №600ФАС) ООО
«Медицинская компания «ДМС Передовые Технологии» (далее – Заявитель) на
действия МЛПУ «Городская поликлиника №1» при проведении запроса котировок

на поставку комплекса аппаратно- программного носимого с цифровой записью одно – двух – трёхсуточного мониторинга ЭКГ и АД (по Холтеру) (извещение № К-6818-01-344).

Муниципальный заказчик - муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская поликлиника №1» г.Тамбова. Уполномоченный орган – администрация г.Тамбов. Организатор торгов – управление муниципального заказа и продаж администрации г.Тамбова. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте в сети «Интернет» www.tambov.gov.ru.

Жалоба ООО «Медицинская компания «ДМС Передовые Технологии» подана в ФАС России в соответствии с требованиями статей 57 и 58 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и в установленный законом срок.

Заявитель указывает на то, что заказчик установил требования к техническим характеристикам закупаемого товара, которые ограничивают число участников размещения заказа.

Заказчик на рассмотрение жалобы представил письменные пояснения (вх. от 13.10.2010), в которых против жалобы возражал по основаниям, подробно изложенным в указанном письме. Также представители заказчика сообщили, что в настоящее время по результатам запроса котировок заключен муниципальный контракт от 04.10.2010 №71, который уже исполнен в полном объеме.

Организатор торгов на рассмотрение жалобы также представил пояснения (исх. от 13.10.2010 №01-20/1568-1), в которых сообщил, что не может дать пояснения по техническим характеристикам закупаемого товара, поскольку в его штате отсутствуют квалифицированные специалисты в данном вопросе. Представитель организатора торгов уточнил, что техническое задание запроса котировок разрабатывалось заказчиком. Извещение о запросе котировок сформировано на основании заявки муниципального заказчика.

Комиссия Тамбовского УФАС России в результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки пришла к следующим выводам.

Заказчик письмом от 10.09.2010 №154 направил организатору торгов заявку на организацию и проведение запроса котировок.

Заявкой заказчика установлено, что товар должен обеспечивать полную совместимость и взаимодействие с имеющимся у заказчика комплексом аппаратно-программным «Кардиотехника-04».

Организатор торгов «14» сентября 2010 года разместил на официальном сайте в сети «Интернет» извещение о проведении запроса котировок на поставку комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно -, двух -, трехсуточного мониторинга ЭКГ и АД (по Холтеру) с комбинированным монитором ЭКГ И АД, программным обеспечением и комплектом расходных материалов.

В извещении установлено требование о том, что *«должна обеспечиваться полная совместимость и взаимодействие вновь приобретаемого комплекса оборудования с имеющимся у Заказчика комплексом аппаратно-программным носимым с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторинга ЭКГ и*

АД (по Холтеру) «Кардиотехника-04-8», в частности, программное обеспечение обоих комплексов должно управлять как имеющимися, так икупаемыми регистраторами, и обрабатывать получаемые с их помощью данные».

Также заказчиком установлены требования к габаритам, весу и другим характеристикам товара, совокупности которых отвечают только комплексы «Кардиотехника-04-8».

Заказчик не представил доказательств, что совокупности требований к товару, установленных в извещении, соответствует другие приборы, помимо «Кардиотехника-04-8».

Кроме того, Комиссия Тамбовского УФАС России установила, что предмет закупки является автономным комплексом приборов мониторинга ЭКГ и АД. Во время работы комплексы между собой не взаимодействуют, а, следовательно, поставка комплекса отличного от имеющегося у заказчика не повлекла бы невозможность использовать одновременно комплекс, имеющийся у заказчика и вновь закупленный.

Таким образом, заказчик установил требования к товару, которые сделали невозможным для участников размещения заказа поставить комплекс аппаратно-программный отличный от комплекса «Кардиотехника-04-8».

Комиссия Тамбовского УФАС России считает, что действия заказчика не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов.

Так, порядок проведения запроса котировок определен Главой 4 Закона о размещении заказов (статьи 42-47).

В соответствии с частью 2 статьи 45 Закона о размещении заказов извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные статьей 43 настоящего Федерального закона, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в этом извещении также должно содержаться указание на товарный знак товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными на основании пункта 4 статьи 43 настоящего Федерального закона. Извещение о проведении запроса котировок не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей, а также требования к товарам, их производителям, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Установление в извещении о проведении запроса котировок требований к товару, ограничивающих количество участников размещения заказа, имеющими возможность поставить комплекс «Кардиотехника-04-8», является нарушением вышеназванной нормы.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь частями 1, 2, 4 статьи 57, частью 5 статьи 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Тамбовского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Медицинская компания «ДМС Передовые Технологии» обоснованной.

2. Признать МЛПУ «Городская поликлиника №1» г.Тамбова нарушившим часть 2 статьи 45 Закона о размещении заказов.

3. В связи с тем, что на момент рассмотрения жалобы муниципальный контракт по результатам запроса котировок заключен предписание об устранении нарушения законодательства о размещении заказов не выдавать.

4. В связи с тем, что на момент рассмотрения жалобы муниципальный контракт, заключенный по результатам запроса котировок, исполнен сторонами, не обращаться в суд с требованием о расторжении контракта.

В соответствии с частью 9 статьи 60 Закона о размещении заказов решение, принятое Комиссией по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

Е.А. Гречишникова

Члены комиссии

С.В. Мазаева

К.И. Мурзин

А.С. Чибисов